

# ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій», за вимогою замовника надати оцінку відповідності, Центр проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків з урахуванням невизначеності результатів випробування і застосування правила прийняття рішення про відповідність:

- якщо інтервал невизначеності для результату випробування міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);
- –якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам);
- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно стверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним).

Укладання договору про надання послуг, у разі необхідності надання в протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається за згоди замовника на використання зазначеного вище правила.

Якщо правило прийняття рішення встановлюється замовником, регуляторним або нормативним документом, подальший аналіз рівня ризику не проводиться.

## **Додаткова інформація:**

[https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/mu/compliance/eurachemcomplianceleaflet\\_UA.pdf](https://www.eurachem.org/images/stories/leaflets/mu/compliance/eurachemcomplianceleaflet_UA.pdf)

STMU\_Leaflet\_V1\_UA